

UTI384H QA测试报告

环境温湿度：24.3℃/65%

一、检测项目：测量功能。

二、检测设备（主要）：

精密黑体FLUKE4180/4181（温度范围：-10~400℃；发射率：0.95±0.02）

四、检测范围：-10℃到400℃

五、测温表格

设定温度（℃）	测试温度（℃）
-10	-9.8
0	0.6
30	30.2
50	50.3
100	99.9
150	149.8
200	199.6
250	249.8
300	300.1
400	399.7

检验员：吕丽霞

优利德科技(中国)股份有限公司

校准专用章

审核员：郭桂余