

## UTi120Mobile QA测试报告

使用仪器: FLUKE黑体4181

环境温湿度: 21.9°C/60.5%

功能	单位	输入	准确度	读数范围	测试值	测试结果
温度测试	°C	-20.0	±5°C	-25.0~-15.0°C	-18.7°C	合格
	°C	10.0	±2°C	8.0~12.0°C	10.6°C	合格
	°C	60.0	±2°C	58.0~62.0°C	60.7°C	合格
	°C	150.0	±2%	147.0~153.0°C	149.6°C	合格
	°C	200.0	±2%	196.0~204.0°C	201.6°C	合格
	°C	400.0	±2%	392.0~408.0°C	399.6°C	合格

检测员: 刘博

审核员: 郭桂余

