

UT204+QA检测报告


检测设备: 使用仪器: FLUKE5522A

环境温度: 23.3℃/65%

功能	量程	输入	精度	范围	测试值	结果
直流电压	600mV	350.0mV	±0.7%+3	347.8~352.2mV	350.1mV	合格
	6.000V	3.500V	±0.5%+2	3.484~3.516V	3.512V	合格
	60.00V	35.00V	±0.5%+2	34.84~35.16V	34.98V	合格
	600.0V	350.0V	±0.5%+2	348.4~351.6V	350.0V	合格
交流电压	6.00V	3.500V	±1.0%+5	3.468~3.523V	3.502V	合格
	60.00V	35.00V	±0.8%+5	34.68~35.23V	34.98V	合格
	600.0V	350.0V	±0.8%+5	346.8~352.3V	349.5V	合格
交流电流	60.00A	35.00A50HZ	±2.0%+5	34.40~35.60A	35.12A	合格
	600.0A	350.0A50HZ	±2.0%+5	344.0~356.0A	351.8A	合格
直流电流	60.00A	35.00A	±2.0%+5	34.40~35.60A	35.02A	合格
	600.0A	350.0A	±2.0%+5	344.0~356.0A	350.5A	合格
电阻	600.0Ω	350.0Ω	±1.0%+2	347.0~353.0Ω	350.1Ω	合格
	6.000kΩ	3.500kΩ	±0.8%+2	3.476~3.524kΩ	3.515kΩ	合格
	60.00kΩ	35.00kΩ	±0.8%+2	34.76~35.24kΩ	35.08kΩ	合格
	600.0kΩ	350.0kΩ	±0.8%+2	347.6~352.4kΩ	350.8kΩ	合格
	6.000MΩ	3.500MΩ	±2.5%+5	3.426~3.574MΩ	3.511MΩ	合格
电容	60.00nF	35.00nF	±4.0%+5	33.84~36.16nF	35.21nF	合格
	600.0nF	350.0nF	±4.0%+5	338.4~361.6nF	352.3nF	合格
	6.000uF	3.500uF	±4.0%+5	3.384~3.616uF	3.508uF	合格
	60.00uF	35.00uF	±4.0%+5	33.84~36.16uF	35.28uF	合格
	600.0uF	350.0uF	±4.0%+5	338.4~361.6uF	351.7uF	合格
	6.000mF	3.500mF	±10%+0	3.220~3.780mF	3.537mF	合格
频率	10.00Hz	10.00Hz200mVrms	±0.1%+4	9.97~10.03Hz	10.01Hz	合格
	100.0kHz	100.0kHz200mVrms	±0.1%+4	99.3~100.7kHz	100.1kHz	合格
	10.00MHz	10.00MHz3Vpp/10MHz	±0.1%+4	9.997~10.03KHz	10.01MHz	合格
摄氏温度	-40℃~1000℃	40℃	±0.0%+4	37~43℃	41℃	合格
		400℃	±1.5%+4	391~409℃	402℃	合格
华氏温度	-40°F~1832°F	40°F	±0.0%+6	35~45°F	43°F	合格
		500°F	±2.0%+6	487~513°F	506°F	合格
▶	4148	0.5~0.8V			0.518V	合格
)))	小于30欧发声					合格

检查员:

张琼



郭桂余