

ET30A QA测试报告

使用仪器:水槽黑体

环境温湿度:22.6℃/65%

功能	单位	输入	准确度	读数范围	测试值	测试结果
温度测试	℃	水槽黑体 33℃	±0.2℃	32.8℃~33.2℃	33.1℃	合格
	℃	水槽黑体 35℃	±0.2℃	32.8℃~33.2℃	35.1℃	合格
	℃	水槽黑体 38℃	±0.2℃	37.8℃~38.2℃	38.0℃	合格

优利德科技(中国)股份有限公司
校准专用章

检测员:刘爱

审核员:郭桂余