

UT303D+ QA 检测报告

使用仪器:FLUKE黑体

环境温湿度: 23.1℃ / 65.3%

功能	单位	黑体温度	精度	范围	测试距离 (cm)	黑体	黑体发热面 直径 (cm)	测试值	结果
温度测量	℃	-20	±3.5℃	-23.5~-16.5	5cm	FLUKE9133	5.7cm	-21.3℃	合格
		-10	±2.5℃	-12.2~7.7	5cm		6.3cm)	-11.3℃	合格
		0	±1.5℃	-1.3~1.3	5cm		1.3℃	合格	
		25	±1.5℃	23.6~26.3	75cm	FLUKE4180	15.2cm)	25.3℃	合格
		75	±1.5℃	73.7~76.4	75cm			75.8℃	合格
		150	±1.5%	148.0~152.0	75cm	149.3℃		合格	
		250	±1.5%	246.6~253.3	75cm	249.3℃		合格	
		350	±1.5%	345.3~354.7	75cm	349.1℃		合格	
		445	±1.5%	439.0~451.0	75cm	FLUKE4181	444.6℃	合格	
		800	±1.5%	789.2~810.2	50cm		KSDZ-1200	口径	789.4℃
1100	±1.5%	1086~1114	50cm	KSDZ-1200	口径	1107℃	合格		

检查员: 张琼

