

UT345A 测试报告

测试工具：超声波测厚治具标准片

标准片mm	测量范围mm	测量值	结果
铝1.5	1.40~1.60	1.53mm	合格
铝7.75	7.65~7.85	7.79mm	合格
铝10.10	9.90~10.30	10.16mm	合格
黄铜20.50	20.14~20.86	20.63mm	合格
铝300	296.90~303.10	301.7mm	合格

检查员：吕丽霞

优利德科技(中国)股份有限公司

审核：郭桂余
校准专用章