

## UTI640C QA测试报告

环境温湿度: 21.3°C/65%

一、检测项目: 测量功能。

二、检测设备(主要):

a) 高温黑体M1200 (温度范围: 50~1200°C; 发射率: =0.99)

b) 精密黑体FLUKE4180/4181 (温度范围: -20~450°C; 发射率: 0.95)

四、检测范围: -20°C到150°C 精度±2%

设定温度 (°C)	测试温度 (°C)
-20	-19.6
0	0.5
30	30.8
60	60.7
90	90.5
100	100.8
120	119.7
140	139.8
150	150.7

检验员: 刘爱

