



证号: QAC0950661

### UT306E QA检测报告

使用仪器:FLUKE黑体4181

环境温湿度:21.9℃/60.5%

功能	单位	输入	准确度	读数范围	测试值	测试结果
温度测试	℃	-40.0	±5℃	-45.0~-35.0℃	-38.9℃	合格
	℃	-10.0	±2.3℃	-7.7.0~-12.3℃	-10.7℃	合格
	℃	50.0	±1.5℃	48.5~51.5℃	50.2℃	合格
	℃	150.0	±1.5%	152.0~148.0℃	149.6℃	合格
	℃	200.0	±1.5%	196.0~204.0℃	200.6℃	合格
	℉	842.0	±1.5%	830.6~853.4℃	844.6℃	合格

检测员: 刘博

审核员: 郭桂

