

UT303C+ QA 检测报告

使用仪器:FLUKE黑体

环境温湿度: 23.1℃ / 65.3%

功能	单位	黑体温度	精度	范围	测试距离 (cm)	黑体	黑体发热面 直径 (cm)	测试值	结果
测温	℃	-10	±2.5℃	-12.2~7.7	5cm	FLUKE9133	6.3cm)	-11.3℃	合格
		0	±1.5℃	-1.3~1.3	5cm			1.3℃	合格
		25	±1.5℃	23.6~26.3	75cm	FLUKE4180	15.2cm)	25.3℃	合格
		75	±1.5℃	73.7~76.4	75cm			75.8℃	合格
		150	±1.5%	148.0~152.0	75cm	FLUKE4181		149.3℃	合格
		250	±1.5%	246.6~253.3	75cm			249.3℃	合格
		350	±1.5%	345.3~354.7	75cm			349.1℃	合格
		445	±1.5%	439.0~451.0	75cm			444.6℃	合格
		800	±1.5%	789.2~810.2	50cm			KSDZ-1200	口径

检查员: 刘爱

